



Sede operativa: Via Brescia, 207 - 26100 CREMONA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 235

ACQUISTO DI N. 3 BARELLE
DALLA DITTA GIVAS SRL DI SAONARA (PD)

Cremona, 18 NOV. 2019

IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto della relazione stesa dall'Ispettore Sanitario, sig.ra Monica Marchesi (prot. N. 2924 del 21 agosto 2019) nella quale viene evidenziato che le barelle attualmente in uso presso le strutture aziendali - RSA Somenzi esclusa - in caso di esame radiologico, non hanno un'altezza idonea alla movimentazione dell'ospite dalla barella stessa al tavolo del radiologico;

Considerato che tale difetto comporta che sia l'operatore con le proprie braccia a sollevare il paziente per posizionarlo sul tavolo del telecomandato per ovviare al deficit delle due altezze, operazione che comporta l'operatore stesso ad una esposizione del rischio in quanto potrebbe provocargli danni fisici;

Appurato che l'altezza corretta della barella affinché la movimentazione avvenga senza interventi di sollevamento è calcolata in cm. 83;

Visti i preventivi richiesti alle ditte:

- Sanimed Srl
- Givas Srl
- Malvestio Spa
- Tecnologie Medicali Srl

per la fornitura di n. 1 barella ad altezza variabile, a 2 sezioni, completa di materassino ignifugo e asta porta flebo, che quantificano la spesa unitaria in (prezzi IVA esclusa):

Sanimed Srl	Cod. 27806	€ 2.148,00.=
Givas Srl	Cod. BSK0411	€ 1.362,00.=
Tecnologie Medicali Srl	Cod. OW4	€ 1.851,00.=
Malvestio Spa	Cod. 320750	€ 1.738,00.=

Richiesta successivamente, alle ditte sopra elencate, presentazione di campionatura della barella offerta al fine di poterne verificare:

- l'agevole direzionalità;
- la facilità di manovra da parte degli operatori;
- il sistema di regolazione dell'altezza;

Verificato che la ditta Malvestio non ha provveduto alla presentazione della campionatura richiesta e quindi non è stato possibile valutarne le caratteristiche tecniche;

Preso atto del contenuto della relazione redatta dall'Ispettore Sanitario, sig.ra Monica Marchesi (prot. n. 3937 del 11 novembre 2019) dalla quale si evince che, delle campionature pervenute dalle restanti ditte, la preferenza per la loro manovrabilità, direzionalità e regolazione dell'altezza, è stata a favore di quella della ditta Givas Srl;

Valutati tali aspetti, predominanti anche rispetto al prezzo offerto qualora non fosse il più basso;

Considerato che nella Delibera n. 34 del 08 maggio 2019 di destinazione dell'utile 2018, fra gli investimenti proposti, vi è quello relativo all'acquisto di strumentazioni, impianti, attrezzature e mobili di natura sanitaria e non sanitaria;

DETERMINA

di acquistare, per le motivazioni di cui alle premesse, n. 3 barelle ad altezza variabile, a 2 sezioni, complete di materassino ignifugo e asta porta flebo, dalla ditta GIVAS Srl di Saonara (PD) al costo di € 1.362,00.= cad., IVA esclusa, quindi per una spesa complessiva di € 4.984,92.=, IVA compresa.

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Emilio Tanzi

